閉鎖式保育器　定期点検記録

No,　　.

管理番号	―	型式	
実施年月日	20　　年　　月　　日	**メーカー名**	
点検種別	□定期点検　□故障時・修理後点検　□その他（　　）		

	点検項目	**判定**		**点検項目**	**判定**
外観点検	筐体等に破損・汚れがない	適 ・ 否	機能点検	セルフチェックで異常がない	適 ・ 否
	キャスターに緩みがない	適 ・ 否		器内温度制御テスト	適 ・ 否
	ストッパーは確実に固定できる	適 ・ 否		体温制御テスト	適 ・ 否
	架台に確実に固定されている	適 ・ 否		湿度制御テスト	適 ・ 否
	手入窓用カバーに破損等がない	適 ・ 否		酸素濃度テスト	適 ・ 否
	手入窓用パッキンに破損等がない	適 ・ 否		室内空調制御テスト	適 ・ 否
	各種センサーは緩みがない	適 ・ 否		設定表示テスト	適 ・ 否
	チューブ導入口パッキンに破損がない	適 ・ 否		日時設定確認	適 ・ 否
	処置用窓は開閉がスムーズできる	適 ・ 否		停電警報	適 ・ 否
	傾斜装置は上昇下降に動作する	適 ・ 否		バッテリー電圧と充電	適 ・ 否
	スイッチ類は確実に操作できる	適 ・ 否		その他	適 ・ 否
	フィルターは汚れていない	適 ・ 否	電気安全点検	外装漏れ正常状態(100μA以下)	μA
	ラベルは確実に貼られている	適 ・ 否		外装漏れ単一故障状態(500μA以下)	μA
	取扱説明書が常備されている	適 ・ 否		接地漏れ正常状態(500μA以下)	μA
	その他	適 ・ 否		接地漏れ単一故障状態(1000μA以下)	μA
	その他	適 ・ 否		接地線抵抗(0.1Ω以下)	Ω
部品交換					
特記事項					

点検結果	□正常　□修理の結果、正常復帰　□修理が必要なため、使用不可		
作業時間	h　　min	**点検者**	

※該当機器に搭載されていない機能(項目)がある場合は斜線を引くこと